

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

КАЊИЖА

Број : 01-551-96/2019-I-одг

Дана : 03.10.2019. године

КАЊИЖА

Алеја кестенова бр. 14.

Тел/факс. : 024 / 874 - 279

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
Комисија Наручиоца сачињава:

**Одговор на питање из Дописа XXXX од 01.10.2019.г.  
у вези поступка јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – ОПРЕМА ЗА  
СТАЦИОНАР-кревет за купање болесника, душеци, јастуци и комплетна постељина за  
потребе Геронтолошког центра Кањижа  
ЈНМВ 04/2019**

Питање 1. гласи:

1. Obzirom da su tražena dobra pod rednim brojem 1 ( KREKET ZA KUPANJE BOLESNIKA 155000) i rednim brojem 3 ( DUŠEK ZA NEPOKRETNIA I POLUPOKRETNIA LICA) medicinska sredstva, molimo Vas da u tenderskoj dokumentaciji dodate da je za predmetna dobra neophodna dovoła za stavljanje u promet koju izdaje ALIMS. Takođe, u obaveznim uslovima treba da se doda da potencijalni ponuđač mora da podeduje dozvolu za promet medicinskim sredstvima koju izdaje Ministarstvo zdravlja, a za kategorije kojima predmatna dobra pripadaju.

Одговор на питање 1. гласи:

У Конкурсној документацији биће додато да је за предмет на позицији 1 неопходно доставити Решење за стављање у промет коју издаје АЛИМС као и дозвола за промет медицинским средствима коју издаје Министарство здравља. За позицију 3 назив предмета биће прилагођен потребама наручиоца, те ће гласити ДУШЕК СА НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90x200x23.

Питање 2. гласи:

2. Traženjem dobra pod rednim brojem 1 ( KREKET ZA KUPANJE BOLESNIKA 155000) tj. modela 155000 je direktno favorizovanje jednog proizvođača (TIMO-Slovenija) i njegovog zastupnika. Molimo Vas da iz naziva izbacite šifru modela i dozvolite odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Одговор на питање 2. гласи:

Из конкурсне документације биће избачена шифра произвођача. И биће додато „ или сличних карактеристика“.

Питање 3. гласи:

3. Tražena dobra pod rednim brojem 3 (DUŠEK ZA POLUPOKRETA I NEPOKRETNIA LICA) – U

tehničkim karakteristikama je traženo je „boneli” jezgro. Klinički je indikovano da dušeci za polupokretne i nepokretne pacijente moraju biti antidekubitni (što „boneli” jezgro nije) sa svim svojim tehničkim karakteristikama. Mogu biti u formi poliuretanskog dušeka ili u formi dušeka sa kompresorom. Molimo Vas da upodobite nazive sa tehničkim karakteristikama i zahtevate ANTIDEKUBITNE DUŠEKE omogućite korišćenje adekvatnih pomagala svojim korisnicim i uštedeti novac poreskih obveznika ne trošeći ga na neadekvatna pomagala.

Одговор на питање 3. гласи:

За позицију 3 назив предмета биће прилагођен потребама наручиоца, те ће гласити ДУШЕК СА НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90x200x23.

На основу горе наведеног Наручилац Геронтолошки центар Кањижа ће изменити Конкурсну документацију, те ће Одлуку о измени конкурсне документације, Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда, као и измењену Конкурсну документацију објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници најкасније до 04.10.2019.године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ